

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Aquisição de 01 (um) aparelho analisador eletrólitos automático para atender o Laboratório Municipal, conforme especificações do edital e anexos, a serem adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Especial de Saúde/MS (emenda parlamentar) processo nº 27/2042/16, de acordo com a R

| Itens | Discriminação dos produtos | Unid. | Quant. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | APARELHO ANALISADOR ELETRÓLITOS, AUTOMÁTICO - TIPO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO, PLASMA, URINA - APLICAÇÃO DA AMOSTRA: SERINGA, COPO DE AMOSTRAS, TUDO DE COLETA MICROSAMPLER - TEMPO DE ANÁLISE: 50 SEGUNDOS - RAZÃO DE AMOSTRAS: 60 MOSTRAS/HORA - CALIBRAÇÃO: TOTALMENTE AUTOMÁTICA, 1 PONTO PARA TODAS AS AMOSTRAS - GENRENCIAMENTO DE DADOS: ARMAZENAMENTO DO CONTROLE DE QUALIDADE: 3 NIVEIS, 34 DIAS; CÁLCULO DE MÉDIA, DP E CV - VALORES NORMAIS: MARCAÇÃO DE RESULTADOS ANORMAIS: FAIXAS PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO - MODO DE ESPERA: CONTROLADO PELO USUÁRIO OU AUTOMATICAMENTE - PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO CONTROLADO PELO USUÁRIO COM MENSAGENS DE FÁCIL COMPREENSÃO - PARTES ELETRONICAS: CONTROLADAS POR MICROPROCESSADOR : MEMORIA PARA AS 20 ULTIMAS MESNAGENS ERRO - EXIBIÇÃO: MATRIZ DE PONTOS , 2 LINHAS, LARGURA DE 16 CARACTERES - IMPRESSÃO: INTERNAMENTE: PORTUGUÊS - IDIOMAS: RS - 232C (PORTA SERIAL PADRÃO) - INTERFACE COM ANALISADOR DE GASES DO SANGUE COMPACT 2 E 3 - CONEXÃO DE DADOS: TEMPERATURA AMBIENTE, 15°C - 32°C (60°F - 90°F) - TEMPERATURA: <85% NÃO-CONDESANTE - UMIDADE RELATIVA: 110 - 240 V.50/60 Hz (AUTO AJUSTÁVEL) 1,4 A MÁX. - EXIGÊNCIAS ELÉTRICAS: H x W x D: 35,5 x 31,5 x 29,5 cm (13,2 x 12,4 x 12,0 in) - DIMENSÕES: 6 Kgs (13 lbs) APROX. | UN | 1 |

Justificativa : Necessidade de renovação dos equipamentos do Laboratório Municipal.

Prazo de entrega: Em até 30 dias

Condições de Pagamento: 30 DIAS APÓS O ACEITE

Local de entrega: DEPÓSITO CENTRAL DA PREFEITURA DE AQUIDA

Aquidauana(MS), 23 de Outubro de 2017